



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimliği

30.01.2023

Sayı :86248906/
Dosya No :1650
Konu :Fiyat Teklifi

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan ANESTEZİ DERİNLİK İÇİN MOTORİZASYON SENSÖRÜ(YETİŞKİN) ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d usulü ile satın-alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, Hastanemizin satınalma birimine veya ayukselsatinalma@gmail.com mail adresine gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Mustafa TEKİN
Müdür Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB	Marka	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MONİTORİZASYON SENSÖRÜ, ANESTEZİ DERİNLİK İÇİN, YETİŞKİN	200	Adet				
Genel Toplam:							

Son Teklif Verme Tarihi:02.02.2023 10:00

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

*Firma/firmalar,teklifte bulundukları ürü/ürünler için idarece istenildiği takdirde 3 iş günü içerisinde NUMUNE göndermek zorunda olup, NUMUNESİ olmayan firma/firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

*Ürün/ürünlere ait teknik şartnameleri:

Hastanemizin web adresinden (www.abdulkadiryukseldh.saglik.gov.tr) indirilebilir ya da 0342-502 31 75 (1442) den ve ayukselsatinalma@gmail.com adresinden talep edebilirsiniz.Teknik şartnamede belirtilen hususlara riayet edilecektir.

***Ürünün UBB Kaydı:** İstekliler,teklif ettikleri ürünlerin ürün numarasını (Barkodunu) teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

Ayrıca serumlara teklif verilmesi halinde teklif verilen setlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (UBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

*Ürün/ürünler için sunulan teklifler sadece TL cinsinden değerlendirmekte olup, teklifte bulunan firma/firmalar sundukları teklifleri TL cinsinden vermek zorundadır.

NOT: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

1. Beyin fonsiyonu ölçüm probu teknik şartnamesi:

- 1.1. Hastanemizin demirbaşında bulunan Masimo marka Root model cihazın Sedline modülüne uyumlu olmalıdır.
- 1.2. Prob hastadan 4 kanal eeg ölçümü yapabilmelidir.
- 1.3. Prob bilateral ölçüm yapmalıdır.
- 1.4. Prob sayesinde cihaz hem sayısal olarak gemde trend olarak anestezi derinliğini gösterebilmelidir.
- 1.5. Prob hastanın kas aktivitesini (emg) de ölçümü yapabilmelidir.
- 1.6. Prob hastada kullanılan Alfentanil, Desflurane, Fentanyl, Isoflurane, Nitrous Oxide, Propofol, Remifentanil, ve Sevoflurane gibi ajanların etkilerini tespit edip göstermelidir.
- 1.7. Sensör sayesinde anestezi derinlik/sedasyon seviyesini gösterebilmelidir.
- 1.8. Sensör ile modül hastanın iki frontal lobunun aynı anda monitörizasyonu yapılabilirdir. Elektrotların doğru yerleşimi ile ilgili ekranda uyarı/bilgi penceresi bulunmalıdır, bu sayede kullanıcı probun yerleşimi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
- 1.9. Sensör ile aynı anda en az 4 kanal EEG dalga formu, anestezi/sedasyon seviyesini gösteren PSI (Patient State Index-Hasta Durum İndeksi) parametresi, kas aktivitesini gösteren %EMG, baskılandırılmış anestezi derinliğini gösteren %SR (Supration Ratio) parametresi, %ARTF artifact parametreleri izlenebilmelidir.
- 1.10. Beyin fonksiyonu modülü ile beynin iki frontal lobuna ait geçmişe donuk en az 20 dakikalık yoğunluk spektral dizisi trend monitörizasyonu olmalı, bu sayede klinisyen beyin elektriksel aktivitelerindeki asimetrik durumu yakalayabilmelidir.
- 1.11. İhaleyi alan firma 200 adet sensör için aşağıda özellikleri belirtilen modülden bir adet kuruma verilmelidir.

2. Beyin Fonksiyonu Modülü teknik şartnamesi:

- 2.1. Hastanenin demirbaşında bulunan non invaziv sürekli hemoglobin ölçüm cihazında sorunsuz çalışabilmelidir.
- 2.2. Modül takılınca monitör anestezi derinlik/sedasyon seviyesini gösterebilmelidir.
- 2.3. Beyin fonksiyonu modülü ile hastanın iki frontal lobunun aynı anda monitörizasyonu yapılabilirdir. Elektrotların doğru yerleşimi ile ilgili ekranda uyarı/bilgi penceresi bulunmalıdır, bu sayede kullanıcı probun yerleşimi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
- 2.4. Beyin fonksiyonu modülü ile; aynı anda en az 4 kanal EEG dalga formu, anestezi/sedasyon seviyesini gösteren PSI (Patient State Index-Hasta Durum İndeksi) parametresi, kas aktivitesini gösteren %EMG, baskılandırılmış anestezi derinliğini gösteren %SR (Supration Ratio) parametresi, %ARTF artifact parametreleri izlenebilmelidir.

Tuğba GÖK
Anestezi Teknisyeni

Uzm. Dr. Ahmet ÇARİTEZ
Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi
Anestezi Uzmanı
Dip. Tes. No: 164850/143100


Uzm. Dr. Mehmet ALI GÖKBAZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 133511

2.5. Modülün ameliyat esnasında elektrokotere karşı sağladığı üstün direnç sayesinde sinyal yitimi en aza inmelidir, ürüne ait orijinal dökümandan teyit edilecektir.

2.6. Beyin fonksiyonu modülü ile beynin iki frontal lobuna ait geçmişe dönük en az 20 dakikalık yoğunluk spektral dizisi trend monitörizasyonu olmalı, bu sayede klinisyen beyin elektriksel aktivitelerindeki asimetrik durumu yakalayabilmelidir.


Tuğba GÖK
Anestezi Teknisyeni


Uzm. Dr. Ahmet CANİTEZ
Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Dip. Tes. No: 139577


Uzm. Dr. Mehmet ALI GÖKSAR
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 139577