



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimliği

30.01.2023

Sayı :86248906/
Dosya No :1651
Konu :Fiyat Teklifi

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d usulü ile satın-alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, Hastanemizin satınalma birimine veya ayukselsatinalma@gmail.com mail adresine gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

Mustafa TEKİN
Müdür Yardımcısı

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB	Marka	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ORAL AIRWAY NO 3 (SUT KODU:0R2650)	1000	Adet				
2	BIÇAKLI TROKAR, STANDART,5 MM (SUT KODU:0R2850)	150	Adet				
3	OKSİJEN MASKESİ, HAZNELİ, PEDIATRİK	2000	Adet				
Genel Toplam:							

Son Teklif Verme Tarihi:02.02.2023 13:00

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

*Firma/firmalar,teklifte bulundukları ürü/ürünler için idarece istenildiği takdirde 3 iş günü içerisinde NUMUNE göndermek zorunda olup, NUMUNESİ olmayan firma/firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

*Ürün/ürünlere ait teknik şartnameleri:

Hastanemizin web adresinden (www.abdulkadiiryukseldh.saglik.gov.tr) indirilebilir ya da 0342-502 31 75 (1442) den ve ayukselsatinalma@gmail.com adresinden talep edebilirsiniz.Teknik şartnamede belirtilen hususlara riayet edilecektir.

***Ürünün UBB Kaydı:** İstekliler,teklif ettikleri ürünlerin ürün numarasını (Barkodunu) teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

Ayrıca serumlara teklif verilmesi halinde teklif verilen setlerin Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (UBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

*Ürün/ürünler için sunulan teklifler sadece TL cinsinden değerlendirmekte olup, teklifte bulunan firma/firmalar sundukları teklifleri TL cinsinden vermek zorundadır.

NOT: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün bilinci kapalı ve yarı kapalı hastalarda havayolu açıklığını sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 3. Ürünün çeşitli boy ve numaraları olmalıdır 4. Ürün uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürün ağız içi yapısına uygun olarak kavisli olmalıdır. 6. Ürün esnek yapıda olmalıdır. 7. Ürünün aspirasyon kateterinin geçişine uygun ısırma bloğu olmalıdır. 8. Ürünün uç kısmı atravmatik olmalıdır. 9. Ürün latex içermemelidir.
Genel Hükümler:	10. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Tuğba GÖK
Anestezi Teknisyeni

Uzm. Dr. Mustafa Ali ÇOŞAR
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Abdulkadir Yılmaz Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 73831

Uzm. Dr. Ahmet CANTEZ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Abdulkadir Yılmaz Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 5012 231 63

SMT1363TROKAR, BIÇAKLI

2. Kalem

SMT Temel İşlevi:	1. Endoskopik ameliyatlarda, vücuda cerrahi aletleri yerleştirmek için kullanılabilecek bir açıklık oluşturmak amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. 3. Trokarın uzunluğu; • Kısa için 70(± 10 mm), • Standart için 100 mm (± 10 mm) ve • Uzun için 150 mm (± 10 mm) olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Trokar sisteminde; • 5/5,5 mm liktrokar, 5mmlik el aletlerinin kullanımı için, • 10/11mm liktrokar, 5-10 mm veya 5-11 mm lik el aletlerinin kullanımı için, • 12/12,5mm liktrokar, 5-12 mm lik el aletlerinin kullanımı için, • 15mm liktrokar, 5-15 mm lik el aletlerinin kullanımı için bir konvertöre ihtiyaç duymaksızın kullanılabilmeli veya konvertör yanında ücretsiz verilmelidir. 5. Kanülün dışı, batin duvarından dışarı çıkmasını engelleyen bir sisteme sahip olmalıdır. 6. Trokarda bulunan vana sistemi sayesinde batin içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır. 7. Trokar avuç içerisinde sıkılarak veya bir buton ile emniyet mekanizması aktive edilebilmelidir. 8. Trokarkanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek valf veya 4 yapraklı yonca sistemiveya çift conta sistemi olmalıdır. 9. Trokarın ucunda doku yaralanmasını engellemek için hızlı hareket eden emniyet kılıfı ve emniyet mekanizması olmalıdır. 10. Trokarın karın duvarında düzgün bir kesi alanı yaratmak için bıçağın iki tarafı da keskin ve bıçağı "V" şeklinde veya yuvarlatılmış olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.

Gaziantep Abdulkadir Yüksel D.H.
Op. Dr. Ahmet YILDIZ
GENEL CERRAHI UZMANI
Dip.Tec.No: 175675

Mustafa DAVAR
M. P. 05

U
C. M. or Deniz

SMT1363TROKAR, BIÇAKLI

Teknik Özellikleri:	11. 5/5,5, 10-11 ve 12/12,5 mm liktrokarkanulünün, çap düşürücü ve/veya kanülde hava kaçağını engelleyici iki ayrı contası veya valf sistemi olmalı bu özellik sayesinde hava kaçağını azaltmalıdır. 12. 5/5,5, 10-11, ve 12/12,5 mm liktrokarlardaspesimen çıkartmak için çap düşürücü çıkartıldığında conta veya valf sistemi kanülün batın içi havayı korumasını sağlamalıdır. 13. Trokar ve parçaları üzerinde vida punto vb. düşebilecek ve hasta güvenliğini tehlikeye atacabilecek parça bulunmamalıdır. 14. İstendiği takdirde firma obtüratöre uyumlu kanül satış hizmeti verebilmelidir. 15. Ürün batın duvarından ilerletilirken kolayca kırılmamalı ve dayanıklı olmalıdır.
Genel Hükümler:	16. Ürün, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 17. Ürün orijinal ambalajında son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.

Gaziantep Abdulkadir Yüksel D.H.
Op. Dr. Ahmet YILDIZ
GENEL CERRAHİ UZMANI
Dip.Tes.No: 175675

Mustafa DÖNER
u. Döner

Çimen Dora
JH

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün sağlık tesisinde merkezi sistem, oksijen tüpü veambu gibi cihazlarla hastaya medikal oksijen gazı verirken aynı zamanda inhaller ilaç verilebilmek amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün yetişkin,pediatrik,yeni doğan çeşitleri olmalıdır. 3. Ürün maske, ara bağlantı hortumu ve nebulizatörden oluşmalıdır. 4. Ürün yumuşak, tahriş etmeyen, non-toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürün kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, bükülme ve kırılma durumunda müdahale edilince eski formunu almalıdır (king yapmayan), yumuşak en az 180cm bağlantı hortumu olmalıdır. 6. Ürün solüsyon formunda nebül ilaçların kullanımına uygun olmalıdır. 7. Ürünün maske kısmı, hastanın anatomik yapısına uygun ve hastanın burun bölgesi üzerine rahat oturacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Maskenin burun bölümüne denk gelen kısmında kendinden aerodinamik maske ile birleşik yapıda plastik esneklik sağlayan bir bölüm ya da bu bölümü yoksa istenen özeliği sağlayacak metal klipsi olmalıdır. (Bu klips emniyetli olmalı kullanım esnasında sağlık personeli ve hastaya zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.) Maske pediatrik ve yetişkin boylarda, şeffaf olmalı ve koku yapmamalı ve yüze tam oturmalı ve antialerjik olmalıdır. 8. Ürünün maske kısmının, yüze oturan kenar bölümleri yuvarlatılmış olmalı, etrafında pürüz bulunmamalı ve tahrişe neden olmamalıdır. 9. Ürünün maske kısmı ağız ve burnu içine tam olarak almalıdır. 10. Ürünün ilaç hazne kısmı, şeffaf, dereceli ve sert olmalıdır. 11. Ürünün buhar çıkış aparatı, huni şeklinde olmalı ve hazneye konulan ilacı uygun şekilde püskürtmelidir. 12. Ürünün hazne kısmında, ilaç verilme sonrası partikül ve ilaç kalmamalıdır. 13. Ürünün, başın arka kısmına geçirilmesi için boyu ayarlanabilir ve kolayca yerinden çıkmayan lastiği bulunmalıdır.Bu lastik esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır. 14. Ürün tüm bağlantı hatları ile tam uyumlu olmalı ve kaçak yapmayacak esneklikte olmalıdır.

SMT1104 OKSİJEN MASKESİ, HAZNELİ

Teknik Özellikleri:	15. Ürünün maske kısmının her iki yanında fazla O2 ve CO2'i çıkaracak delikler bulunmalıdır. 16. Ürünün hortum kısmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan O2 flowmetrelerine uyumlu olmalıdır. 17. Ürünün hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır. 18. Ürün üzerinde plastik artığı bulunmamalıdır.
Genel Hükümler:	18 Ürünler tek kullanımlık olmalıdır. 19 Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır

ABDÜLKADIR YÜKSEL DEVLET HASTAHANASI
Uzm. Dr. Zeynep GÖKTÜRK ERGÜÇLÜ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 156822
156120

Uzm. Dr. İbrahim Halil Karahöner
Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 177878

Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Sait UÇAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tescil No: 184296